

定性 P/C 比と定量 P/C 比の相関は以下の通りです。

## 定性PC比と定量PC比 相関 N=998 (2010/4/1~4/30)

		定量PC比 (mg/gCre)		計
		陰性 (<150)	陽性 (>=150)	
(mg/gCre) 定性PC比	陰性 (Normal)	301	1	302
	陽性 (150,300,500<)	133	563	696
計		434	564	998

- 感度 =  $563/564 = 99.8\%$
- 特異度 =  $301/434 = 69.4\%$

- 真陽性率 =  $563/696 = 80.9\%$
- 偽陽性率 =  $133/696 = 19.1\%$
- 真陰性率 =  $301/302 = 99.7\%$
- 偽陰性率 =  $1/302 = 0.3\%$

(詳細内訳)

		定量PC比 (mg/gCre)				計
		<150	150-299.9	300-499.9	500=<	
(mg/gCre) 定性PC比	Normal	301	1	0	0	302
	150	115	36	13	8	172
	300	16	50	50	22	138
	500<	2	9	18	357	386
	計	434	96	81	387	998

**一致率** =  $(301 + 36 + 50 + 357) / 998 = 74.5\%$