

改良前後のHBe抗体検査試薬の一致率と相関

①一致率

定性一致率 (N=441)

		改良前試薬		合計
		+	-	
改良後試薬	+	212例	10例	222例
	-	27例	192例	219例
合計		239例	202例	441例

陽性一致率: 95.5%(212/222例)
 陰性一致率: 87.7%(192/219例)
 定性一致率: 91.6%(404/441例)

②相関

