

平成 24 年 6 月 15 日

関係各位

検査部長 一山 智

肺機能検査の予測式と機種変更のお知らせ

平素より、生理検査業務にご理解・ご協力いただきありがとうございます。中央診療棟 2 階検査部の肺機能検査装置(ミナト社製 system 21)は老朽化のため、平成 24 年 6 月 19 日(火)よりチェスト社製 CHESTAC-8900 に更新いたします。

これに伴い、外来呼吸器科と検査部の機種および予測式を統一します。今後どちらで測定していただいても結果比較が可能となります。

以下の2点について変更しますので、検査結果を参照される場合はご注意ください。

1. 肺機能検査予測式の変更

- ・日本呼吸器学会ガイドライン(2001)推奨の予測式に変更いたします。
 - 外来呼吸器科は、VC、FVC、FEV1.0 の 3 項目
 - 検査部は DLco 以外の全項目
 - 17歳以下は全項目

* 検査報告書のコメント欄に「2012 年 6 月 19 日から予測式の変更あり」と記載いたします。

* 予測式の確認は KING 画面の報告書から項目をクリックしていただくと表示されます。

2. 測定方法の変更

- ・検査部の FRC は N2 洗い出し法から He 希釈法に変更となります。

* ボディプレチスモグラフィ検査が必要な場合は検査部にご連絡いただくようお願いいたします。

●お問い合わせ先

- ・検査部 心電図室(内線 3492)、肺機能検査室(内線 3489)
- ・外来呼吸器科検査室(内線 4922)
- ・中山 (PHS 2829)