

[announce:4874] 【検査部】採血管（薄紫シール栓）変更のお知らせ

## 検査部Alert

2020年 9月 17日

関係各位

検査部部长 長尾 美紀

## 採血管（薄紫シール栓）変更のお知らせ

平素より検査部検体検査業務に、ご理解ご協力をいただきありがとうございます。  
このたび、安全管理上の理由により、薄紫の採血管を変更いたします。  
診療科におかれましては、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

## 記

### ● 変更容器（いずれもEDTA入り）

新) 「A」 「O」 「P」 の3種類のみ

旧) 「A」 「O」 「O.」 「P」 「S」 の5種類

### ● 変更日

2020年 9月 28日（月）夕方 ラベル出力分より

### ● 変更内容

首にシールが巻かれた採血管を使用中止とします

採血後の検体保存方法は【室温】もしくは【氷冷】ですが  
検体ラベルに印字される「冷」という文字を必ずご確認ください

### ● 備考

誤って使用中止の採血管で出検されても検査は可能です

### ● 案内文

<http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~kensa/reference/item/information/20-p028.pdf>

### ● 連絡先

検査部：増田（PHS：2144）・岡崎（PHS：5795）・橋本（PHS：2503）・西山（PHS：2141）  
検査部サポートライン（PHS：2147）