

核酸同定検査 試薬変更について (クラミジア・トラコモティス, 淋菌)

21-P005 (2021 Feb.)

[1/1]

サポートライン
2147

表題の検査項目（外注検査）について、同一メーカーが販売する改良試薬に変更いたします。
診療科のみなさまには、ご理解いただきますようお願いいたします。

2021年 1月 4日（月） 受託分より

- 内容変更となる検査項目 : 核酸同定（クラミジア・トラコモティス）
核酸同定（淋菌）
- 検査場所 : LSIメディエンス（外注）
- 新旧二法の相関

		旧法		計
		陽性	検出せず	
新法	陽性	196	7	203
	検出せず	0	152	152
計		196	159	355

陽性一致率：100% (196/196)

陰性一致率：95.6% (152/159)

全体一致率：98.0% (348/355)

(補足)

陽性一致率は100%、全体一致率は98.0%となりました。

不一致例はすべて検歴が陽性であり、感度の向上が確認できました。

		旧法		計
		陽性	検出せず	
新法	陽性	196	4	200
	検出せず	2	150	152
計		198	154	352

陽性一致率：99.0% (196/198)

陰性一致率：97.4% (150/154)

全体一致率：98.3% (346/352)

(補足)

陽性一致率は99.0%で全体一致率は98.3%となりました。

不一致例について、新法陽性の4例はすべて検歴が陽性で、検出せずの2例は検出感度付近であることが確認できました。

LSIメディエンス検討

