

梅毒脂質抗体

1.変更点

	従来品	変更品
アッセイ方法	C.I.A法(カウンティングイムノアッセイ)	LA法(ラテックス凝集法)
定量性	定量試薬	定量試薬
出力単位	SU/mL(SYSMEX UINTS)	RU(RPR UNITS)
出力範囲	0~16.0	0.5~20.0
判定基準値	1SU/mL	1RU

2.従来法との相関

青字:陰性 グレー:判定保留 ピンク:陽性

梅毒脂質抗体			梅毒脂質抗体			梅毒脂質抗体			梅毒脂質抗体		
従来法		新法	従来法		新法	従来法		新法	従来法		新法
SU/mL		RU	SU/mL		RU	SU/mL		RU	SU/mL		RU
1	0	0	16	0.07	0	31	0.4	0	46	3	2
2	0	0	17	0.08	0	32	0.42	0.7	47	3.1	2
3	0.01	0	18	0.08	0	33	0.45	0.5	48(*)	3.4	0
4	0.04	0	19	0.08	0.1	34	0.5	0	49	5.4	3.6
5	0.04	0	20	0.08	0	35	0.5	0.2	50	5.8	0
6	0.04	0	21	0.1	0	36	0.59	0.7	51	7.19	5.3
7	0.05	0	22	0.11	0	37	0.8	0	52	7.72	4.3
8	0.05	0	23	0.13	0	38	0.83	1.2	53	8.35	5.2
9	0.06	0	24	0.16	0.1	39	0.9	0.1	54	8.37	4.4
10	0.06	0	25	0.17	0.2	40	0.91	1	55	16.0<	20
11	0.06	0	26	0.19	0.4	41	1	1	56	16.0<	6.2
12	0.06	0	27	0.26	0.4	42	1.08	1.3	57	16.0<	20<
13	0.06	0	28	0.3	0.5	43	1.19	1.5	58	16.0<	20<
14	0.06	0	29	0.4	0.4	44(*)	1.3	0	59	16.0<	20<
15	0.07	0	30	0.4	0.5	45	1.4	1.2			

(*) No44, 48はTP抗体陰性

