



現行(JSCC)法と新(IFCC)法の相関 【LD】

X : 現行(JSCC)法試薬
装置名 : LAbOSPECT008
メーカー名 : 富士フイルム和光純薬

Y : 新(IFCC)法試薬
装置名 : LAbOSPECT008
メーカー名 : 富士フイルム和光純薬



測定値にほとんど変化はありません。
二法の相関は良好です。



LD5 優位検体(肝疾患など)で低値傾向となります。