


TSH相関（全体）

X：現行試薬
装置名：cobas8000 e602
メーカー名：Roche
試薬名：現行試薬
測定法：ECLIA法

Y：改良試薬
装置名：cobas8000 e602
メーカー名：Roche
試薬名：改良試薬
測定法：ECLIA法



N = 54


r = 0.999

Y = 1.057 X - 1.696

TSH相関 (50 μ IU/mL以下)

X : 現行試薬
装置名 : cobas8000 e602
メーカー名 : Roche
試薬名 : 現行試薬
測定法 : ECLIA法

Y : 改良試薬
装置名 : cobas8000 e602
メーカー名 : Roche
試薬名 : 改良試薬
測定法 : ECLIA法



N = 41

r = 1.000

Y = 0.941 X + 0.058
