
Total-PSA相関(全体)

X： 現行試薬
装置名： cobas8000 e602
ﾒｰｶｰ名： Roche
試薬名： 現行試薬
測定法： ECLIA法

Y： 改良試薬
装置名： cobas8000 e602
ﾒｰｶｰ名： Roche
試薬名： 改良試薬
測定法： ECLIA法




N =	63			
r =	1.000			
Y =	0.995	X +	0.477	

Total-PSA相関（50 ng/mL以下）

X： 現行試薬
装置名： cobas8000 e602
ﾒｰｶｰ名： Roche
試薬名： 現行試薬
測定法： ECLIA法

Y： 改良試薬
装置名： cobas8000 e602
ﾒｰｶｰ名： Roche
試薬名： 改良試薬
測定法： ECLIA法



N =	43		
r =	1.000		
Y =	1.001	X −	0.019