

サンプル採取時に使用した器材の安全な廃棄方法

2016年3月7日（研究室・実験室）



黄(感染性の鋭利な物)

赤(感染性の液体)



- ・ 血液・体液・分泌物など
- ・ 血液等が付着した鋭利物、非感染性でも鋭利なものや揮発性液体
- ・ 病原微生物に関する試験・検査等に用いられたもの
- ・ 臓器、検体、組織・郭清に伴う皮膚等
- ・ アンプル、バイアル、ガラスシリンジ
- ・ 不要薬品(KUCRSで不要薬品として登録後に処分)

血液、病原微生物に関する実験で使用したもの

鋭利物・ガラス
特殊なもの



注射針



メス・ナイフ



ピンセット



鉗子



アンプル
血液培養容器



中身が洗えない
薬品ビン
(シアン・水銀系を除く)



CD・DVD
(患者情報入り)



試験管
(ガラス製)



針付
シリンジ



スライドガラス
カバーガラス



有害物付着
の活性炭



パラフィンくず
パラフィン付着
カセット



培地



検体
(20cm角以内)



プリオンに使用した
実験器具・材料

サンプル採取時に使用した器材の安全な廃棄方法

2016年3月7日（研究室・実験室）



オレンジ（感染性の固形物）



血液・体液・分泌物・病原微生物がついたもの
または、ついた可能性があるもの

- ・ 感染対策や暴露対策で使用したPPE
- ・ 血液・体液・分泌物、病原微生物が付着したガーゼ、ドレープ類、実験器具

実験に使用した鋭利でないもの 汚染されたプラスチック製品など



デスポ手袋



ワイプ、クロス、綿棒
(キムワイプ、タオル)



カップ



シリンジ
(血液ありも可)



ガーゼ、覆布、クルム、ドレープ



PPE（個人用防護具）

感染・暴露対策で使用

- ・ マスク、ガウン
- ・ エプロン、ドレープ
- ・ 帽子、手袋、
- ・ シューカバー
- ・ フェイスシールドマスク
- ・ キャップなど



マイクロチューブ
スタンド・ラック



スピッツ



チップ



スポイト



マイクロチューブ

※プリオン付着の無いもの

チップ・スピッツは袋を2重にする