

[5356/5E-075-008]

Ver.1

5.免疫学的検査 >> 5E.感染症（非ウイルス）関連検査>>5E075 抗TP抗体(梅毒) [髄液]

抗TP抗体(梅毒)

[髄液]

anti-TP antibody

連絡先 PHS 2-6404

患者同意について

検査結果に影響を与える臨床情報

オーダーボタン名(検体)

5356

001

梅毒TP抗体[髄液]

検査予約

至急オーダー

不可

検査オーダーに関する注意事項

患者の検査前準備

検体採取のタイミング

ラベル見本(検体)(単項目オーダー時)

キョウダ イテスト

注 80 外



B_センシエkr.



リコール

中検外

_-****-27004

7

2ml

*-*****

ラベル見本(細菌)(単項目オーダー時)

採取容器・検査材料

2026/07/29

10:19

[5356/5E-075-008]

Ver.1

5.免疫学的検査 >> 5E.感染症（非ウイルス）関連検査>>5E075 抗TP抗体(梅毒) [髄液]


抗TP抗体(梅毒)

[髄液]

anti-TP antibody

連絡先 PHS 2-6404

01	フ	プレイン
採取材料	髄液	採取量 2 mL
測定材料	髄液	測定必要量 0.2 mL



採取容器について

検体採取について

採取後検体の取扱い

検体搬送について

採取検体の保存条件

	保存検体種	優先 保存条件	保存条件1		保存条件2		保存条件3	
			温度	安定性	温度	安定性	温度	安定性
01	髄液	保存条件1	冷蔵					

受入不可基準

溶血	検体凝固	強乳び	採取量過不足	採取容器違い
尿材料違い	冷蔵保存なし	遮光保存なし	開栓	黄疸

検査に要する時間(生理検査)

再検査・追加検査の対応可能日数

検体到着日から60日間（検体量ある場合のみ）

（分析物の安定性については「採取検体の保存条件」を参照）

検体採取に関する注意事項・検査の実施に関する注意事項

2026/07/29

10:19

[5356/5E-075-008]

Ver.1

5.免疫学的検査 >> 5E.感染症（非ウイルス）関連検査>>5E075 抗TP抗体(梅毒) [髄液]

抗TP抗体(梅毒)

[髄液]

anti-TP antibody

連絡先 PHS 2-6404

検査機器	
------	--------

検査所要日数	2～3日
--------	------

検査部門・委託先	外部委託（ビー・エム・エル）
----------	----------------

検査部門(平日時間内)	
-------------	--------

検査部門(時間外・休日)	
--------------	--------

検査結果報告について

基準値設定材料・検査方法

基準値設定材料	髄液
---------	----

検査方法	ラテックス凝集およびPA法
------	---------------

生物学的基準範囲

		男性	女性	単位
00	抗TP抗体(梅毒)	***	***	倍

基準値情報

緊急異常値

電話連絡対応

臨床的意義

異常値を示す病態・疾患

参考文献

ビー・エム・エル 検査要項

西川ゆかりほか. 国内で実施可能な梅毒検査について. 検査手法の違いと結果の解釈について教えてください

Matthew MH. *et al.*. State-of-the-Art Review: Neurosyphilis. Clinical infectious diseases

2026/07/29

10:19

[5356/5E-075-008]

Ver.1

5.免疫学的検査 >> 5E.感染症（非ウイルス）関連検査>>5E075 抗TP抗体(梅毒) [髄液]

抗TP抗体(梅毒)

[髄液]

anti-TP antibody

連絡先 PHS 2-6404

JLAC10		
分析物	5E075	抗TP抗体
識別	1353	半定量
材料	041	髄液
測定法	062	ラテックス凝集比濁法
分析物	5E075	抗TP抗体
識別	1353	半定量
材料	041	髄液
測定法	117	粒子凝集反応

変更履歴			
Ver	文書更新日	変更適用日	内容
1	2026/07/27	2026/07/29～	新規作成, KINGオーダー開始