

[6051/6Z-100-001]

Ver.14

6.微生物学的検査 >> 6Z.その他の微生物学的検査>>6Z100 13C尿素呼気試験

13C尿素呼気試験**13C-urea breath test**

連絡先 3764

患者同意について

検査結果に影響を与える臨床情報

オーダーボタン名(検体)

6051

001

尿素呼気試験

検査予約

完全予約制 (KINGで採取日を指定する際の予約枠に従ってオーダーしてください)

至急オーダー

不可

検査オーダーに関する注意事項

必ず絶食, 服薬についての指示をお願いします.

患者の検査前準備

・当日の朝は絶食です. 少量の飲水は可能です.
・高血圧や心臓の薬はいつもどおり服用してください.
・糖尿病の薬は内服・注射しないでください (絶食により低血糖を起こすことがあるため).
・その他, 薬について不明な点は主治医の指示に従ってください.
・検査当日は禁煙です.

検体採取のタイミング

除菌判定は, 除菌終了後4週以降に提出ください.

ラベル見本(検体)(単項目オーダー時)

<p>キョウダ イテスト</p> <p>注 80 外</p> <p>UBT.</p> <p>呼気</p> <p>中検外1 *-****-52002</p> <p>UB, 0ml **_***_***</p>	<p>キョウダ イテスト</p> <p>注 80 外</p> <p>UBT.</p> <p>呼気</p> <p>中検外1 *-****-52004</p> <p>UB, 0ml **_***_***</p>
---	---

ラベル見本(細菌)(単項目オーダー時)

[6051/6Z-100-001]

Ver.14

6.微生物学的検査 >> 6Z.その他の微生物学的検査>>6Z100 13C尿素呼気試験

13C尿素呼気試験

13C-urea breath test

連絡先 3764

採取容器・検査材料

01	UB	 		
	採取材料	呼気	採取量	250 mL
	測定材料		測定必要量	250 mL



採取容器について

尿素服用前および服用後20分の呼気を呼気採取バッグに採取してペアにして提出ください。

検体採取について

呼気採取方法のポイント
 ・呼気採取バッグを口にあて、（鼻から）息を吸って、5～10秒程度息を止めてください。
 ・その後、呼気採取バッグにゆっくりと息を入れてください。
 ・息止め苦しい場合は、2～3回に分けて入れてもかまいません。

採取後検体の取扱い

検体搬送について

採取検体の保存条件

	保存検体種	優先 保存条件	保存条件1		保存条件2		保存条件3	
			温度	安定性	温度	安定性	温度	安定性
01	呼気	保存条件1	室温					

受入不可基準

溶血	検体凝固	強乳び	採取量過不足	採取容器違い
尿材料違い	冷蔵保存なし	遮光保存なし	開栓	黄疸

検査に要する時間(生理検査)

30分程度

[6051/6Z-100-001]

Ver.14

6.微生物学的検査 >> 6Z.その他の微生物学的検査>>6Z100 13C尿素呼気試験

13C尿素呼気試験

13C-urea breath test

連絡先 3764

白井睦訓. ヘリコバクター・ピロリ菌の胃酸耐性としてのウレアーゼ・オペロンの転写調節および降誕の

Ohara, Shuichi <i>et al.</i>. Comparison between a new 13C-urea breath test, using a film-coa

JLAC10

分析物	6Z100	13C尿素呼気試験
識別	0000	
材料	990	その他部位
測定法	273	赤外吸光光度法 (IR法)

変更履歴

Ver	文書更新日	変更適用日	内容
1	2010/04/01	2010/04/01～	制定
2	2010/11/08	2010/11/08～	検査場所移転(外来棟3階超音波検査センター(3G受付))
3	2016/04/25	2016/04/01～	平成28年度診療報酬改定
4	2018/02/26	2018/01/26～	検査項目コード変更[ph0001]⇒[tc15_104000]
5	2018/04/06	2018/04/01～	平成30年度診療報酬改定
6	2019/03/07	2019/03/07～	生物学的基準範囲を追記
7	2019/12/16	2019/12/16～	JLAC10更新に伴う検査項目名称変更
8	2020/04/02	2020/04/01～	令和2年度診療報酬改定
9	2022/08/01	2022/04/01～	令和4年度診療報酬改定
10	2022/04/01	2022/04/01～	検査の外注化に伴い全面改訂, 項目コード変更
11	2022/12/01	2022/12/01～	受入不可基準などについて全面改訂
12	2023/12/12	2023/12/18～	検査案内票を変更
13	2023/12/21	2023/12/21～	必要検体量を追記

[6051/6Z-100-001]

Ver.14

6.微生物学的検査 >> 6Z.その他の微生物学的検査>>6Z100 13C尿素呼気試験

13C尿素呼気試験

13C-urea breath test

連絡先 3764

14 2024/06/04 2024/06/01～ 令和6年度診療報酬改定